



Prefeitura de
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!



TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 1

Unidade Administrativa: **Secretaria Municipal de Saúde**
Processo Originário: **Pregão Eletrônico Nº PE/01/100221/SESA**
Objeto: **Registro de Preços para eventual Aquisição de Cilindros, Regulador de Pressão, Umidificador e recargas de Gás Oxigênio Medicinal, para atender demanda do Hospital Rita do Vale Rego do Município de Reriutaba/CE.**
Abertura: **01/03/2021**
Horário: **08H30M**

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Reriutaba, através da sua Pregoeira Oficial, faz saber a todos, que se acha aberto a presente **RETIFICAÇÃO DE EDITAL** do processo licitatório em epígrafe, visando salvaguardar a supremacia do interesse da administração pública no tocante à sua legalidade e transparência, nos termos abaixo descritos, e por essa razão,

RESOLVE:

1º. Retificar o subitem 11.2.9 do Edital em questão, passando a conter as seguintes disposições:

“11.2.9. No caso de exercício de atividade de fornecimento de gás oxigênio: Autorização de Funcionamento da empresa (AFE), **quando cabível**, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde, de acordo com o art. 51 da Lei Federal nº 6.360/1976.”

2º. Retificar o item 1.2 e 1.3 do Termo de Referência anexo do edital em questão, passando a conter as seguintes disposições:

1.2. Tabela contendo especificação dos itens e quantidades totalizadas:

Item	Especificação	Unid	Quant
1	Cilindro em Aço para oxigênio dimensão 1 m3	M3	40
2	Cilindro em Aço para oxigênio dimensão 7 m3	M3	40
3	Cilindro em Aço para oxigênio 10 m3	M3	40
4	Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 1m3	M3	1000
5	Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 3,5 m3	M3	1000
6	Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 7 m3	M3	6000
7	Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro	M3	8000



de 10 m3			
8	Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal, próprio para uso Hospitalar, fabricado com corpo e tampa em latão cromado, manômetro para visualização da pressão do cilindro e fluxômetro para controle de vazão de saída. Manômetro de Entrada (KGF/Cm2): 315, conexões de Entrada e saída de acordo com ABNT.	Und.	60
9	Umidificador para Oxigênio 250 ml; tampa em nylon conforme especificação; frasco plástico c/ 250ml; tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica.	Und.	60

1.3. Tabela contendo especificação dos itens, valores estimados e a divisão de cotas:

ÍNDICE: $Cota\ Principal = CP / Cota\ Reservada = CR / Cota\ Exclusiva = CE$

Item	Especificação	Unid	Quant	V. Unit	V. Total	Tipo de Cota
1	(CE) Cilindro em Aço para oxigênio dimensão 1 m3	m3	40	1.015,94	40.637,60	Exclusiva
2	(CE) Cilindro em Aço para oxigênio dimensão 7 m3	m3	40	1.579,13	63.165,20	Exclusiva
3	(CE) Cilindro em Aço para oxigênio 10 m3	m3	40	1.539,40	61.576,00	Exclusiva
4	(CE) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 1m3	m3	1000	66,00	66.000,00	Exclusiva
5	(CE) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 3,5 m3	m3	1000	55,48	55.480,00	Exclusiva
6	(CP) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 7 m3	m3	4500	115,20	518.400,00	Principal
7	(CR) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 7 m3	m3	1500	115,20	172.800,00	Reservada
8	(CP) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 10 m3	m3	6000	65,42	392.520,00	Principal
9	(CR) Recarga de Oxigênio Medicinal fornecido por usina ou em cilindro de 10 m3	m3	2.000	65,42	130.840,00	Reservada
10	(CE) Regulador de Pressão de Oxigênio Medicinal, próprio para uso Hospitalar, fabricado com corpo e tampa em latão cromado, manômetro para visualização da pressão do cilindro e fluxômetro para	UND.	60	335,31	20.118,60	Exclusiva



Prefeitura de
RERIUTABA
A Renovação a Serviço de Todos!




	controle de vazão de saída. Manômetro de Entrada (KGF/Cm2): 315, conexões de Entrada e saída de acordo com ABNT.					
11	(CE) Umidificador para Oxigênio 250 ml; tampa em nylon conforme especificação; frasco plástico c/ 250ml; tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica.	UND.	60	63,83	3.829,80	Exclusiva
VALOR GLOBAL ESTIMADO					1.525.367,20	

3º. Fica adiada a data de abertura da sessão pública do dia 01.03.2021 para o dia 12.03.2021 no horário anteriormente definido.

4º. As demais disposições contidas no Edital permanecem INALTERADAS.

5º. O presente termo será inserido nos autos do processo e disponibilizado na página <http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes>, e ainda publicado nos mesmos meios em que foi divulgado o aviso do edital em questão, conforme o disposto no §4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93.

Reriutaba/CE, 26 de fevereiro de 2021


Sâmia Leda Tavares Timbó
PREGOEIRA